

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

İşveren, işyerinde iş hijyeni ölçüm, test ve analiz kayıtlarını ilgili mevzuatla belirlenen sürelerle uygun olarak saklar. Mevzuatta saklama süresi belirlenmeyen kayıtlar için saklama süresi en az **10 yıldır.**



KODLAMA
SAKLANMA: 10 YIL

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

Ofis alanının büyüklüğü en az **15** metrekare

Numunelerin teslim alındığı numune kabul bölümü en az **5** metrekare olur.

Tartım işleminin yapıldığı laboratuvarda tartım odası en az **5** metrekare olur.

Enstrümantal analiz cihazlarıyla çalışılıyorsa her bir cihaz için en az **5** metrekarelik bir alan bulunur.

Kimyasal maddeler varsa bunların depolanması için en az **6** metrekarelik ayrı bir oda bulunur.



KODLAMA
OFİS: 15 DEPO: 6
DİĞERLERİ: 5

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

İş hijyeni laboratuvarında;

- a) Laboratuvar yöneticisi,
- b) Kalite yöneticisi,
- c) Ölçüm ve numune alma personeli veya analiz personeli, olmak üzere en az **3 kişi** çalışır.



KODLAMA
PERSONEL:
KÖL – KURALI

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

Laboratuvar üst yönetimi, bu madde kapsamındaki asgari personelin görevden ayrılması durumunda **30 gün içerisinde yeni görevlendirme yapar.**



KODLAMA
GÖREVLENDİRME:
30 GÜN

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test ve/veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreli referans maruziyet süresi bir vardiya için **8 saat**, kısa süreli referans maruziyet süresi esas olarak **15 dakikadır.**



KODLAMA
ÖLÇÜMLER :
8 SAAT – 15 DAKİKA

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

Sertifikasının geçerliliğinin askıya alınması veya iptal edilmesi yetkisi **Genel Müdürlüğe** aittir.

İhtar puanı toplamı **300**'e ulaşan laboratuvarın yeterlik veya ön yeterlik belgesi **6 ay süre** ile askıya alınır.



KODLAMA
İPTAL DURUM:
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHTAR PUANI:
300 – 6 AY

BU BİLGİLER ÇIKAR !

İSG HAP NOTLAR

İŞ HİJYENİ

Laboratuvarların yeterlik belgesi geçerlilik süresi **4 yıl**, ön yeterlik belgesi geçerlilik süresi 1 yıldır.

Ölçüm ve numune alma personelinin sertifikasının geçerlilik süresi **4 yıldır**.



KODLAMA

YETERLİLİK BELGESİ:

4 YIL – ÖN YETERLİK 1 YIL
ÖLÇÜM SERTİFİKASI:
4 YIL